



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA

Estado de Minas Gerais

Rua Joana Claudina, 329 – Centro – CEP: 36126-000

Telefax: (32) 3284-1750

e-mail: licitacao@belmirobraga.mg.gov.br



CNPJ: 18.338.129/0001-70

Ata Decisão

Aos 14(quatorze) dias do mês de junho de 2023, às 13h30min, na Prefeitura Municipal de BELMIRO BRAGA, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, reuniram-se para analisar recurso interposto pela empresa S2 SAUDE LTDA referentes aos itens 13 e 14 ganhos pela empresa URSA COMERCIAL LTDA referente ao Processo nº 022/2024, instaurada na modalidade de Pregão Eletrônico nº 001/2024. Foi constatado que a empresa URSA COMERCIAL LTDA não apresentou contra razão para o recurso apresentado. Após análise e pesquisa o Pregoeiro e equipe de apoio decide e desclassificar os itens para a empresa URSA COMERCIAL LTDA devido a descrição dos produtos não atender as especificações do edital.

A Comissão realizou pesquisa para as marcas apresentadas das empresas colocadas nos seguintes endereços eletrônicos para os itens:

Item 13 (OTOSCÓPIO SIMPLES - ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO);

- <https://www.centermedical.com.br/otoscopio-mark-ii-md/p;>
- [https://www.mikatos.com.br/otoscopio-tk/;](https://www.mikatos.com.br/otoscopio-tk/)

Após a pesquisa foi constatado que as empresas que se classificaram em 2º e 3º ofereceram marcas que não atenderiam a especificação técnica do edital. A empresa classificada em 4º lugar a apresentou produto que atende as especificações motivo pelo qual foi considerada vencedora.

Item 14 (DETECTOR FETAL - TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | FAIXA DE MEDIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | GRAU DE PROTEÇÃO: PORTÁTIL | DIGITAL | LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 | 30 A 240BPM | BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL | IPX7);

- [https://www.marcamedica.com.br/doppler-detector-fetal-digital-jpd-100e/;](https://www.marcamedica.com.br/doppler-detector-fetal-digital-jpd-100e/)
- <https://www.medjet.com.br/detector-fetal-digital-portatil-recarregavel-fd-200d-md;>
- <https://www.medjet.com.br/equipamentos/detector-fetal-e-doppler/detector-fetal-portatil-mod-df-7001-d-medpej;>

Após a pesquisa foi constatado que as empresas que se classificaram em 2º ao 8º ofereceram marcas que não atenderiam a especificação técnica do edital. A empresa classificada em 9º lugar a apresentou produto que atende as especificações motivo pelo qual foi considerada vencedora. Será solicitado a empresa vencedora dos itens para apresentação de sua documentação. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que está devidamente assinada pelo Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio.

Marcos Heleno Sales
Pregoeiro
Portaria nº 042/2023– PMBB

Telma da Silva Venâncio
Equipe de apoio
Portaria nº 042/2023 – PMBB

João Vítor Bebiano Pareça
Equipe de apoio
Portaria nº 042/2023 – PMBB